

LEKT UW STEMPROTHESE?



Heeft u last van:

1. Hoesten tijdens of na het eten / drinken?
2. Vloeistof- of voedseldeeltjes in het slijm?
3. Verhoogde slijmproductie?
4. Terugkerende luchtweginfecties?

Indien een van de antwoorden ja is, dan kan het zijn dat uw stemprothese lekt.

Controleer uw stemprothese

LEKKAGE-TEST

1. Zorg dat u in goed licht voor een spiegel staat en maak uw Provox stemprothese schoon.
2. Neem een slokje gekleurde vloeistof, bijvoorbeeld melk of koffie. Dit is goed zichtbaar.
3. Bekijk de stemprothese en stel vast of er iets om of door de stemprothese lekt. U kunt ook iemand anders vragen om deze beoordeling te maken.



Lekkage

1. Reinig de stemprothese met behulp van de Provox Brush en/ of Flush. Volg de beschrijving in de handleiding.
2. Herhaal de bovenstaande lekkage-test

Geen lekkage

Neem contact op met uw behandelend arts en leg uit welke problemen u ondervindt met uw stemprothese. Geef aan dat u geen lekkage hebt waargenomen.

Lekkage

Geen lekkage

Lekkage door de stemprothese heen

1. Plaats de Provox Plug in de stemprothese zoals beschreven staat in de handleiding.
2. Neem contact op met uw behandelaar / arts voor een afspraak.

Lekkage rondom de stemprothese

1. Neem contact op met uw behandelaar / arts voor een afspraak.

Vorm van lekkage is onduidelijk

1. Plaats de Provox Plug zoals beschreven in de handleiding.
2. Herhaal de lekkage-test zoals bovenstaand beschreven.

De sluiting van de klep van de stemprothese kan verhinderd worden door voedselresten of (opgedroogd) slijm. Reinig uw stemprothese minimaal twee keer per dag en na iedere maaltijd. Indien u geen Provox Flush gebruikt, vraag aan uw behandelaar / arts of u dit kunt gebruiken samen met de Provox Brush.

Lekkage

Geen lekkage

Lekkage om de stemprothese heen

1. Verwijder de Provox Plug zoals beschreven staat in de handleiding.
2. Neem contact op met uw behandelend arts voor een afspraak.

Lekkage door de stemprothese heen

1. Neem contact op met uw behandelend arts voor het plaatsen van een nieuwe stemprothese.
2. Gedurende de periode dat u nog geen nieuwe stemprothese heeft adviseren wij u de Provox Plug te gebruiken als u eet of drinkt.

